Technisches Produktdatenblatt
Zender medizinische Mund-Nasen-Schutzmaske mit Ohrschlaufen

Artikelnummer:	oze-500-000
Produktbezeichnung:	Zender medizinische Mund-Nasen-Schutzmaske mit Ohrschlaufen
Produktlinie:	Basic Line
Hersteller:	Zender medical GmbH

Beschreibung:
- made in Germany, Niedersachsen, Osnabrück
- Verfügbare Farben: hellblau, dunkelblau, schwarz, grün, lila, pink
- Neueste Filtertechnologie, sorgt für geringe Belastungen und hohen Schutz des Maskenträgers
  - lässt Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
  - kaum spürbarer Atemwiderstand
  - hohe zuverlässige bakterielle Filterleistung
  - sicherer Schutz vor Flüssigkeitsspritzern
- komfortable Ohrschlaufen

Normen:
- erfüllt die Anforderungen von medizinischen Gesichtsmasken Type IIR in Übereinstimmung mit der EN 14683:2019 (Medizinische Gesichtsmasken – Anforderungen und Prüfverfahren)
- erfüllt die Anforderungen und Prüfungen für bakterielle Filterleistung, Atmungsaktivität, Spritzwiderstand, mikrobiologische Reinheit und Biokompatibilität nach EN 14683:2019
- CE-geprüft in Übereinstimmung mit der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745 als Klasse-1-Produkt

Materialien:

Filter:	Polypropylen
Kopfband:	Polyester, Elasthan
Nasenbügel:	ummantelter Eisendraht
Gewicht:	3,2 g
Verarbeitung:	ultraschallverschweißt

Verpackungs-/Versandeinheit: 50 Stück im Dispenser | 40/30 Dispenser im Sekundärkarton | 16/18 Kartons auf einer Palette

Zulassung:
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745 als Klasse-1-Produkt und ist somit mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Hinweise zur Anwendung:
- Medizinische Gesichtsmaske zum Schutz vor Spritzern und zum Fremdschutz des Gegenübers vor möglicher Exposition infektiöser Tröpfchen.
- Die Maske ist nur wirksam, wenn sie dem Einsatz entsprechend ausgewählt und angepasst und während der gesamten Belastungszeit ohne Unterbrechung getragen wurde.
- Benutzte Masken dürfen nicht mit Desinfektionsmittel gereinigt oder desinfiziert werden, da dies die Funktionalität der Maske negativ beeinflussen kann.
- Durchfeuchtete Masken sind umgehend zu wechseln.
- Die Maske ist nicht wiederverwendbar und darf nur maximal für eine Schicht verwendet werden.
- Vor dem Anlegen ist die Maske auf Beschädigungen zu prüfen.

Anlegen der Maske:
1. Halten Sie die Maske mit dem Nasendraht nach oben, wobei die hellblaue Seite nach außen zeigen muss.
2. Die Maske muss Nase und Mund bedecken, die Schlaufen legen Sie bitte hinter die Ohren.
3. Ziehen Sie die drei Falten auseinander, sodass die untere Seite unter dem Kinn liegt.
4. Drücken Sie den Nasendraht zusammen, um diesen zu fixieren.
5. Tragen Sie die Maske nicht länger als acht Stunden am Stück.

Lagerung/Transport: sauber und trocken, vor Sonnenlicht und Hitze schützen, in Originalverpackung

Entsorgung: Entsprechend den geltenden lokalen Vorschriften entsorgen, anschließend die Hände waschen.

Zender medical GmbH | Carl-Lüer-Straße 13 | 49084 Osnabrück
Telefon 0541 201 934 0 | www.zendergroup.com
Link zur Konformitätserklärung: https://zendergroup.com/produkte-medical/

MED056_Techn._Datenblatt_OP_Maske_Basic_DE_RZ.indd 1 11.01.22 09:54